

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αθήνα  
Σελ. : 1/1

Αριθμός Έκθεσης : 04-42352/31.08.2026/GR



## ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



|                      |                              |                      |                                                               |
|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Πελάτης              | ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ                 | Διεύθυνση πελάτη     | ΑΓ ΤΡΥΦΩΝΑ 14                                                 |
| Κωδ. Δείγματος       | 2026-97036                   | Δειγματοληψία        | Veltia καθ' υπόδειξη του πελάτη.<br>Δειγματολήπτης : ΣΑΒΒΙΔΗΣ |
| Ημερομηνία Παραλαβής | 27/08/2026                   | Ημερομηνία Εισαγωγής | 27/08/2026                                                    |
| Περιγραφή Δείγματος  | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ               |                      |                                                               |
| Χαρακτηρισμός Πελάτη | Θαλασσινό νερό ακτή Γλάστρες |                      |                                                               |
| Περίοδος Ανάλυσης    | 28/08/2026 - 31/08/2026      | Κατάσταση Δείγματος  | Κανονική                                                      |

| Παράμετρος                        | Πρότυπη Μέθοδος             | Αποτέλεσμα | Μονάδα Μέτρησης |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| E. coli                           | ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016 | <1         | cfu/100ml       |
| Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης | ISO 7899-2:2000             | <1         | cfu/100ml       |

Παρατηρήσεις

\* Εκτός του πεδίου διαπίστευσης.

Η παρούσα έκθεση δοκιμών επιτρέπεται να αναπαράχθει αποκλειστικά και μόνο σε πλήρη μορφή.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή αποσπασματική αναπαραγωγή της ή/και τροποποίηση αυτής.

Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν.

Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημ/νία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

**Όμιρος Παρασκευάς / Τεχνολόγος Τροφίμων**

*Omiros Paraskevas / Food Science*

**Προϊστάμενος Μικροβιολογικού Εργαστηρίου**

*Head of Microbiology Laboratory*